

Clave de la Propuesta	PPI- - -		
Puntos a considerar	Si	No	Observaciones/Comentarios
¿Se incluyen los datos de la Portada (licenciatura, título, modalidad, versión, declaratoria, firmas, etc.)?			
¿La extensión del Título es adecuada y sin abreviaturas?			
¿El Título refleja de forma clara lo que se trabajará en el proyecto?			
¿La Introducción describe en forma concisa el área de aplicación del proyecto?			
¿Los Antecedentes sitúan el proyecto propuesto respecto a otros trabajos?			
¿La Justificación describe la razón, relevancia o necesidad que origina el proyecto?			
¿El Objetivo General es claro y tiene relación directa con el proyecto a realizar?			
¿Los Objetivos Particulares se engloban en el objetivo general?			
¿La secuencia de actividades que se presenta en la Metodología es congruente con los objetivos y permite que se alcancen éstos?			
¿La Descripción Técnica presenta las especificaciones generales y particulares (materiales, dimensiones, normas, etc.), así como la explicación funcional de cada uno de los bloques del sistema a desarrollar?			
¿La Normatividad mencionada da un marco a la propuesta?			
¿El Cronograma de Actividades señala con claridad las tareas a realizar para alcanzar los objetivos del proyecto?			
¿El proyecto es realizable en el tiempo propuesto?			
¿Se encuentran indicados los Entregables dentro de la propuesta? ¿Se incluye explícitamente la entrega del Reporte Final ?			
¿Se incluyeron las Referencias Bibliográficas y estas cumplen con el formato solicitado?			
¿La Terminología específica del proyecto, que no es del conocimiento general en Ingeniería Mecánica, está claramente explicada?			
¿Se indican instalaciones, equipos y materiales que se requieren para realizar el proyecto?			
¿La propuesta tiene una redacción clara y sin faltas ortográficas?			
¿El enfoque del trabajo corresponde a un proyecto de Ingeniería Mecánica?			
Observaciones			
Estado de la propuesta		Comité de Estudios de Ingeniería Mecánica	
() Autorizada () Revisada () No autorizada			

Licenciatura: Ingeniería Mecánica.

Nombre del Proyecto de Integración (PI): Determinación de las propiedades mecánicas del compuesto Óxido de Titanio- Hidroxiapatita para su posible uso en implantes en el cuerpo humano (huesos).

Modalidad: Proyecto de Investigación

Versión: Primera

Trimestre Lectivo: 24-I

Datos del alumno:

Nombre: Benito López Santos

Matrícula: 2163035721

Correo electrónico. al2163035721@azc.uam.mx



Firma _____

Datos del (los) asesor(es):

Asesor: Dra. María Elizabeth Refugio García

Categoría: Asociado

Departamento de adscripción: Materiales

Teléfono: 5553189000

Correo electrónico: merg@azc.uam.mx

Firma _____

Fecha: 26/Abril/2024

En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica apruebe la realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Benito López Santos

Dra. María Elizabeth Refugio García

1. Introducción

El hueso es el material estructural biológico más importante en nuestro organismo, los sistemas esqueléticos funcionan proporcionando soporte, protección de órganos y facilitando el movimiento.

El hueso está compuesto principalmente por colágeno orgánico y una matriz inorgánica mineralizada de fosfatos de calcio, que le otorgan rigidez y resistencia a la compresión. Las células óseas regulan la producción, reabsorción y reparación de estos compuestos a lo largo de la vida del organismo, puede adaptar sus propiedades según las cargas a las que es sometido.

Los biomateriales se pueden clasificar en dos categorías de forma general: biomateriales inertes y biomateriales activos. Los materiales activos son aquellos que desempeñan una función específica en el cuerpo, como por ejemplo los utilizados en órganos artificiales. Por otro lado, los biomateriales inertes tienen como función principal proporcionar un soporte físico al cuerpo como por ejemplo los huesos artificiales. La característica principal de los biomateriales es la de poder interactuar química y físicamente con el cuerpo sin provocar toxicidad o efectos adversos en el cuerpo receptor.

La hidroxiapatita (HAp) es un biomaterial que tiene propiedades químicas semejantes al de la estructura cristalina del fosfato de calcio presente en las estructuras óseas del cuerpo humano, esto permite que el material tenga una buena oseointegración. La hidroxiapatita sola no cuenta con buenas propiedades mecánicas.

El óxido de titanio (TiO_2) es un compuesto inorgánico que contiene más de un 98% de Titanio, se encuentra en la naturaleza en fase sólida. Es biocompatible y posee una alta estabilidad física y química con el ser humano. En odontología se utiliza en prótesis dentales por sus propiedades antibacterianas y también como recubrimiento de prótesis metálicas.

Con lo anterior se busca desarrollar un nuevo compuesto TiO_2 -HAp, la base será el óxido de titanio, añadiendo hidroxiapatita (0%, 5%, 10%, 15%, 20% y 25% en porcentaje en peso), con el fin de poder analizar de manera más amplia el comportamiento y las propiedades mecánicas de cada muestra del compuesto. El desarrollo y pruebas del compuesto se llevará a cabo realizando la fabricación y caracterización de probetas a partir de metalurgia de polvos. Se realizarán ensayos de dureza Vickers y ensayos mecánicos de compresión, estos ensayos proporcionarán los datos que permitan determinar las propiedades mecánicas del compuesto como son, la resistencia a la fractura, resistencia a la compresión, el módulo de elasticidad, las cuales se espera sean semejantes a las propiedades mecánicas del hueso cortical bovino, este servirá de referencia para comparar resultados.

2. Antecedentes

En 2011, H. Melero [1] menciona en su artículo Recubrimientos bioactivos: Hidroxiapatita y Titania, que si bien al óxido de titanio lo consideran bioinerte, este puede ser combinado con otro compuesto, o se le aplica algún tratamiento para aprovechar sus propiedades, ya sean mecánicas o de anticorrosión en usos biomédicos, se menciona que los recubrimientos de TiO_2 tienen buenas propiedades mecánicas.

En 2015, José Alanís [2] menciona en su tesis de maestría que los biomateriales a base de hidroxiapatita son adecuados como sustitutos óseos gracias a las propiedades físicas que pueden llegar a tener en común y a la aceptación por parte del organismo humano. Menciona que el material de remplazo óseo debe obtener propiedades mecánicas similares (elasticidad, resistencia a la compresión y flexibilidad) para que el individuo con un implante de este tipo pueda llevar a cabo actividades de manera normal, el hueso es capaz de soportar ciertas fuerzas de compresión, tracción y cizalladura, por lo que es deseable que el remplazo pueda tener características mecánicas similares.

En 2017, Vanessa Hernández [3] menciona en su artículo donde revisa los recubrimientos de óxido de titanio para biomateriales, que este actúa de manera positiva incidiendo la formación de aptita en su superficie, por lo cual se ha utilizado como recubrimiento protector de metales biocompatibles como el titanio o el **acero inoxidable**.

En 2020, César Roure [4] desarrolló una comparativa de fabricación de piezas sinterizadas entre la técnica tradicional de compactación de polvos a través de prensas y matricería metálica, y la técnica de gel-castin combinada con impresión 3D, en este sentido concluyó que el método tradicional de compactación generó muestras con mayor contacto entre partículas lo cual incrementa sus características mecánicas **luego de su sinterización**.

3. Justificación

La principal intención del uso de un biomaterial es la de poder tratar o remplazar tejido óseo afectado, este sustituto debe contar con propiedades mecánicas y orgánicas similares al tejido que se planea intervenir sin mayores afectaciones al organismo del individuo. Comúnmente se emplean metales biocompatibles para implantes en estructuras óseas por sus buenas propiedades mecánicas, pero a largo plazo pueden existir desventajas, pudiendo mencionar la corrosión del metal y el desgaste de estructuras óseas que interactúan con el implante metálico. Una opción que no tiene esas desventajas y que cuenta con una buena biocompatibilidad es la utilización de la hidroxiapatita, sin embargo, es un material frágil por naturaleza y con bajas propiedades mecánicas. Por este motivo se busca un compuesto que tenga las propiedades mecánicas adecuadas y la biocompatibilidad necesaria para fungir como sustituto óseo, por esta razón se eligió al óxido de titanio como base de este

compuesto, el cual se espera también pueda mejorar las propiedades mecánicas de la hidroxiapatita, gracias a ser también un material biocompatible.

El uso de materiales cerámicos se ha enfocado al recubrimiento de los metales en implantes, sin embargo, se desea aprovechar la base metálica del TiO_2 y la buena oseointegración de la hidroxiapatita para conformar el compuesto TiO_2 -HAp, y de esta investigación se pretende obtener propiedades mecánicas semejantes a la del hueso bovino

4. Objetivos

4.1 Objetivo General.

Determinar las propiedades mecánicas del compuesto base Óxido de Titanio – Hidroxiapatita a diferentes porcentajes de peso (0%, 5%, 10%, 15%, 20% y 25%).

4.1 Objetivos Particulares

Fabricar a partir de la metalurgia de polvos diferentes muestras del compuesto TiO_2 HAp con diferentes porcentajes en peso (0%, 5%, 10%, 15%, 20% y 25%).

Caracterizar mediante ensayos Vickers la dureza de los compuestos TiO_2 -HAp fabricados y el de la muestra de hueso cortical bovino.

Obtener la tenacidad a la fractura de los compuestos TiO_2 -HAp fabricados y el de la muestra de hueso cortical bovino.

Realizar ensayos de compresión de los compuestos TiO_2 -HAp de los compuestos y el de la muestra de hueso cortical bovino.

Comparar las propiedades obtenidas de los compuestos TiO_2 -HAp con las propiedades mecánicas de un hueso cortical bovino.

5. Metodología

I. Fabricación de probetas por medio de metalurgia de polvos

Por medio del proceso de metalurgia de polvos se fabricarán las probetas del compuesto base Óxido de Titanio – Hidroxiapatita, este proceso contará de los siguientes pasos:

1. Preparación de la mezcla y proceso de molienda
2. Compactación de la mezcla
3. Sinterización de las probetas

La base del compuesto de este biomaterial será el óxido de titanio (TiO_2), se preparará una molienda al 100% de este material, posteriormente se realizará la mezcla con hidroxiapatita

a diferentes porcentajes de peso (5%, 10%, 15%, 20% y 25%), obteniendo cinco mezclas para realizar la molienda.

Las mezclas preparadas se verterán dentro de un contenedor cerámico, junto con un medio de molienda (en este caso serán esferas de zirconia) con una proporción de 20 gramos del medio de molienda por cada gramo de la mezcla. El contenedor se colocará en molinos de rodillo para la realización de la molienda de la mezcla, este proceso tendrá una duración de 12 horas, con una velocidad de giro de 200rpm. Al finalizar el tiempo de molienda de cada mezcla, se recuperará el polvo de la mezcla del recipiente y se almacenarán contenedores cerrados.

Con los polvos obtenidos de cada mezcla en la molienda se realizará la fabricación de las probetas, el polvo de cada mezcla se compactará de manera uniaxial a una presión de 300Mpa, las probetas obtenidas mediante este proceso se almacenarán cuidando que no sufran desperfectos físicos.

Las probetas obtenidas se someterán a un proceso de sinterización con el fin de aumentar la dureza de la probeta, este tratamiento térmico se realizará en un horno eléctrico, el cual elevará su temperatura gradualmente hasta los 1000°C en el lapso de una hora, y permanecerá a esta temperatura por una hora más. Al finalizar el tiempo de sinterizado, y una vez que el horno alcance la temperatura ambiente, se obtendrán las probetas del horno y se almacenarán.

II. Preparación de las probetas de hueso bovino

A partir de un hueso preparado de origen bovino, se obtendrán un par de probetas con dimensiones similares a las obtenidas de la mezcla compuesta por TiO_2 -HAp, con el fin de realizar ensayos mecánicos en ellas.

III. Caracterización mecánica de las probetas de estudio

Se realizará una preparación metalográfica para cada probeta obtenida de TiO_2 -HAp, y de las probetas de hueso bovino, con el fin de obtener una observación detallada de la microestructura superficial, este proceso incluirá el desbaste y pulido de las muestras.

Se realizarán ensayos de dureza Vickers a cada una de las probetas obtenidas y preparadas, para poder determinar la microdureza de cada una de las probetas. Finalmente se realizarán ensayos de compresión a cada probeta en una maquina universal de ensayos, con el fin de obtener datos que nos permitan visualizar su resistencia a la fluencia y módulo elástico.

Con lo anterior se obtendrán datos que permitirán comparar las propiedades mecánicas de las probetas TiO_2 -HAp a distintos porcentajes, contra los datos que se obtengan de las probetas de hueso bovino.

6. Normatividad

ASTM E384-22 Standard Test Method for Microindentation Hardness of Materials.

Las pruebas de dureza son importantes para la evaluación de materiales, el control de calidad de los procesos de fabricación, así como en la investigación y el desarrollo de nuevos materiales [5]. Debido a que las pruebas de dureza por microindentación pueden revelar variaciones de dureza, estos existen en la mayoría de los materiales, por lo que un solo valor de prueba no será representativo como valor de la dureza total. La recomendación es hacer varias pruebas de indentación y calcular el promedio y la desviación estándar según sea necesario.

ASTM C1424-15 Standard Test Method for Monotonic Compressive Strength of Advanced Ceramics at Ambient Temperature.

Este método de prueba se puede utilizar para el desarrollo de materiales, comparación de materiales, control de calidad, caracterización y generación de datos de diseño [6]. Generalmente, la resistencia a la compresión es la medida de la mayor resistencia de una cerámica monolítica avanzada. Lo ideal es que la cerámica se esfuerce por compresión durante su uso.

Los ensayos de compresión proporcionan información sobre la resistencia y deformación de materiales bajo tensiones de compresión uniaxiales. Se requieren estados de tensión uniformes para evaluar eficazmente cualquier comportamiento de tensión-deformación no lineal que pueda desarrollarse como resultado de procesos de daño acumulativo, por ejemplo, microfisuras, y que pueden verse influenciados por el modo de prueba, la velocidad de la prueba, los efectos o la composición del procesamiento, la microestructura o el entorno.

ASTM E9-09 Standard Test Methods of Compression Testing of Metallic Materials at Room Temperature

Estos métodos de prueba cubren aparatos, muestras y procedimientos para pruebas de compresión por carga axial [7], los datos que se pueden obtener de la prueba de compresión es el módulo de Young, la curva tensión-deformación y la resistencia a la compresión, los cuales serán de importancia para el caso de estudio.

7. Cronograma de actividades

UEA para la que se solicita autorización

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I.	
Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica II.	
Introducción al trabajo de Investigación en Ingeniería Mecánica.	

	Actividad Trimestre 24-P	Semana												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Mezcla-Molienda del compuesto													
2	Compactación del compuesto, fabricación de probetas													
3	Sinterización de las probetas fabricadas													
4	Preparación de la probeta de hueso bovino													
5	Preparación metalográfica de las probetas TiO ₂ -HAp													
6	Realizar ensayo de dureza Vickers a todas las probetas													
7	Realizar ensayo de compresión a todas las probetas													
8	Comparación e interpretación de los resultados obtenidos													
9	Elaboración y entrega de reporte final													

8. Entregables

Reporte final del Proyecto de Integración.

9. Referencias Bibliográficas

- [1] Melero, H. (2011) *Recubrimientos bioactivos: Hidroxiapatita y titania*.
- [2] Alanis J.R., Gómez, J.R.A. (2015) *Obtención de un material Compuesto OrgánicoInorgánico con porosidad controlada para su aplicación en prótesis de tejido óseo, TESIUAQ*
- [3] Hernández-Montes, V., Betancur-Henao, C.P. and Santa-Marín, J.F. (1970) *Titanium dioxide coatings on magnesium alloys for biomaterials: A Review, DYNA*.
- [4] Roure, C.A., Oldani, C.R. and Lucci, R.O. (2020) *Estudio de dos Métodos Pulvimetalúrgicos empleados en la Fabricación de biomateriales compuestos de Titanio E hidroxiapatita, AJEA (Actas De Jornadas Y Eventos Académicos De UTN)*
- [5] Standard test method for microindentation hardness of materials (2022) E384. Available at: <https://www.astm.org/e0384-22.html>
- [6] Standard test method for monotonic compressive strength of advanced ceramics at ambient temperature (2019) C1424. Available at: <https://www.astm.org/c142415r19.html>
- [7] Standard test methods of compression testing of metallic materials at room temperature (2018) E9. Available at: <https://www.astm.org/e0009-09.html>

10. Terminología

Hidroxiapatita: Es el cristal principal de huesos y dientes ya que les confiere su dureza característica. En la naturaleza se le encuentra formando parte de rocas metamórficas.

Hueso cortical: Es la parte externa del hueso, está formado por tejido compacto.

Metalurgia de polvos: Es un proceso de fabricación de piezas a partir de polvos del material a usar, se compactan para dar forma a la pieza, y se calientan en una atmósfera controlada para la obtención de la pieza; este proceso permite controlar la porosidad de las piezas, y obtener una composición homogénea.

Oseointegración: Es un proceso biológico en cual un implante en la estructura ósea se integra con el hueso circundante.

Oxido de titanio: El óxido de titanio es un compuesto inorgánico de color blanco, se encuentra en la naturaleza en fase sólida y está formado por la unión de un átomo de titanio y dos átomos de oxígeno, es un material biocompatible.

TiO₂-HAp: Compuesto Óxido de Titanio – Hidroxiapatita

11. Infraestructura

Laboratorio de materiales avanzados, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco.

Planta de procesos metalúrgicos y materiales, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco.

Laboratorio de ingeniería metalúrgica, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco.

12. Asesoría complementaria

No es requerido.

13. Publicación o difusión de los resultados

No es requerido.